



Главный врач: \_\_\_\_\_ Мақсұтов Е.М  
 « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 год

**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений №04**

Конференц –зал

10-30 часов 19 апреля 2022 года.

Вскрыты конвертов с ценовыми предложениями состоялось в 11-00 часов 19.04..2022 г. Конференц-зале 3 этаж администрации.

**1. Комиссия в следующем составе:**

Члены комиссии:

Каюпова. Г – заместитель главного врача по лечебной части.

Көбеков Н - юрист

Торалиева Л - провизор

**Секретарь:**

Менлибаев А – экономист государственных закупок

Провел закуп способом запроса ценовых предложений по закупкам лекарственных средств и медицинского назначения, согласно указанной ниже таблице.

**2. Сумма выделенная для закупки по лотам: 5 820 000**

№	Наименование	Ед.изм		Кол-во	Сумма
1	Одноразовая тест-карта	для определения газов, электролитов и метаболитов крови, №50	уп	2	520000
2	Система анализа крови	Система использует технологию измерительных карт с встроенным микропроцессором. Система имеет возможность подключения к действующей информационной системе при помощи интегрированного Wi-Fi. Данные передаются со считывателя в мобильный компьютер с помощью Bluetooth, где они выводятся на экран и сохраняются в памяти и затем они могут быть переданы на распечатку через мобильный Bluetooth принтер. 1) использование технологии измерительных карт с встроенным микропроцессором 2) хранение измерительных карт при комнатной температуре; 3) штрих-кодирование измерительной карты для гарантии качества и удобства хранения информации; 4) большие сроки годности измерительных карт. 5) автоматическая калибровка и контроль качества системы. 6) безопасная система фиксации измерительной карты исключает вероятность поломки системы, связанной с возможными ошибками оператора. 7) мобильный компьютер может осуществлять сканирование штрих-кода каждой карты перед проведением анализа. Измеряемые параметры: рН (диапазон измерений 6,5-8,0 рНunits), рСО2 (диапазон измерений 5-250 mmHg), рО2 (диапазон измерений 65-750 mmHg), Na (диапазон измерений 85-180 mmol/L), К (диапазон измерений 1,5-12 mmol/L), iCa (диапазон измерений 0,25-4 mmol/L), Glu (диапазон измерений 20-700 mg/dL), Lac (диапазон измерений 0,3-20 mmol/L), Hct (диапазон измерений 10-75 %PCV) Расчетные параметры: ТСО2 (диапазон измерений 1-85 mmol/L), НСО3 (диапазон измерений 1-85 mmol/L), BE(сef) (диапазон измерений 30-+30 mmol/L), BE(b) (диапазон измерений 30-+30 mmol/L), sO2 (диапазон измерений 0-100%), Hb (диапазон измерений 3,3-25 g/dL). Физические параметры считывателя тест карт: длина – не более 215 мм, ширина – не более 85 мм, высота – не более 50 мм, вес – не более 500 г. Физические параметры устройства обработки и хранения информации: длина – не более 150 мм, ширина – не более 80	шт	1	5300000

		мм, высота – не более 30 мм, вес – не более 400 г. Физические параметры одноразовых тест-карт: длина – не более 90 мм, ширина – не более 60 мм, высота - не более 2 мм, вес – не более 10 грамм; Время проведения анализа: не более 60 секунд Нужный для анализа объем образца крови: не более 100 микролитров Комплектация: 1. считыватель тест карт; 2. устройство обработки и хранения информации; 3. мобильный чековый принтер XP-P200;		
--	--	--	--	--

3. Ценовое предложение на участие в закупе представили следующие потенциальны поставщики:

№ пп	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время предоставления конвертов	Способ предоставления конвертов
1	Тоо «Stell Medical Systems»	г.Нур-султан, пр.Сарыарка 31/2	18.04.2022г 15:20ч	Ескараева Г.А
2	ТОО Optimum Service	г . Туркистан, Толебыйский район, г Ленгер, мик Самал ул2, дом8	19.04.2022г 80:40ч	По почте

4. Следующие ценовые предложения отклонения – отклонение нет.

5. Комиссия согласно технической характеристики и по результатам оценки и сопоставления ценовых предложения путем открытого голосования, **Решила:**

Признать выигравший ценовое предложение определенным в п.112, гл.10 Правил и направить приглашение согласно п.113, гл. 10 Правил, последующим заключением договора:

по лотам : № 1,2,3 ТОО «Optimum Service » ( г.Нур-султан, пр.Сарыарка 31/2 БИН20074008507 ) на общую сумму 5 820 000 тенге

- Признать следующие лоты несостоявшимся: №

-Повторно объявить следующие лоты:№

6. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители потенциальных поставщиков отсутствовали.

7. Организатору государственных закупок КГП на ПХВ « Жалагашская районная больница» направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

**Члены комиссии:**

Каюпова .Г \_\_\_\_\_  Заместитель главного врача по лечебной части.

Көбеков Н \_\_\_\_\_  юрист.

Торалиева Л \_\_\_\_\_  провизор.

**Секретарь**

Менлибаева А. \_\_\_\_\_  экономист государственных закупок